


ESCLARECIMENTO, PE 90092/2025

 **De** Licitação MTB Tecnologia <licitacao@mtbtecnologia.com.br>
Para cplsaude@catalao.go.gov.br <cplsaude@catalao.go.gov.br>, sec.provisao@catalao.go.gov.br <sec.provisao@catalao.go.gov.br>
Data 12-11-2025 09:52

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 90092/2025 – ITENS 47 E 54

Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, tecnologias que possuem resolução de pelo menos 1024 x 768 pixels serão permitidas?

Em relação a faixa da frequência de pulso para oximetria, monitores que possuem faixa de pelo menos 20 a 250 bpm, com tecnologia para pacientes de baixa perfusão e movimento?

Aguardo retorno,

Dpto de Licitações

MTB Tecnologia Ltda.

E-mail: licitacao@mtbtecnologia.com.br

(35) 3425-8186