



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Departamento de Patrimônio e Manutenção**

Catalão, 26 de janeiro de 2026.

Em respostas ao pregão eletrônico n. 90092/2025 – menor preço por item – processo n. 2025031082. (TERCEIRO COLOCADO)

ITEM 009 – Não atende – motivo : Não possui sistema de rastreabilidade, não possui sistema de ajuste de altitude a nível de mar, porta de travamento em 4 pontos não foi especificado.

FOI INFORMADO QUE OPERA ENTRE 121 E 127 GRAUS C → NOSSO PEDIDO É 126 A 129 GRAUS C.

FOI INFORMADO DA PRESSÃO DE TRABALHO EM 1,0 A 1,5 KGF → NOSSO PEDIDO MÍNIMO DE 1,7 KGF.

Thiago José Maria Rodrigues - ME

Contrato nº. 001/2023

CPF – 962.853.461-00



Márcia Elias Rosa  
Coordenadora Depto.  
Patrimônio e Manutenção  
Portaria nº 108539